

تصاویر مجوزات و گواهینامه‌ها

لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای شرکت آریا پروشات رایکا

ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور	تاریخ دریافت	توضیحات
۱	مجوز دانش بنیانی	کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	
۲	آزمون بررسی عملکرد و ایمنی و اثربخشی لوازم خانگی	سازمان استاندارد ملی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	
۳	تست ایمنی الکتریکی عمومی IEC60601-1	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران		
۴	تست emc سازگاری الکترومغناطیس	دانشگاه امیرکبیر	مرداد ۱۴۰۰	
۵	گواهینامه صحت عملکرد	مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و معاونت پژوهش و فناوری مرکز خدمات آزمایشگاهی	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	

بسمه تعالی

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

تاییده شرکت‌های دانش‌بنیان


نام شرکت	آریا پروشات رایکا	شناسه ملی	۱۴۰۰۵۵۴۸۰۸۴
استان	اصفهان	تاریخ تایید	۱۳۹۹/۱۲/۲۳
حوزه فناوری	۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی	نوع تایید	تولیدی نوع ۲

- به موجب این تاییده، شرکت/موسسه فوق‌الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، بصورت شرکت/موسسه دانش‌بنیان تایید شده است.
- این تاییده لزوماً به معنای تایید همه کالاها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش‌بنیان نیست؛ بلکه ممکن است صرفاً برخی از کالاها و خدمات شرکت، مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان قرار گرفته باشند.
- اعتبار و صحت این تاییده از آدرس pub.danesbonyan.ir قابل استعلام است.
- این تاییده به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش‌بنیان (pub.danesbonyan.ir) صادر شده است.
- شرکت‌های تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تا زمانی که تاییده آن‌ها در فهرست سامانه دانش‌بنیان (pub.danesbonyan.ir) قرار دارد، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تایید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.
- استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعلام دستگاه اجرایی است. از دیرخفته کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و تایید آن از سوی این دیرخفته می‌باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرایی ذیربط بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای هر کدام از حمایت‌ها، مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مراجع ذیربط می‌باشد.
- در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت‌های تایید شده، مطابق مجازات‌های ماده ۱۱ قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» با آن‌ها برخورد می‌شود.
- براساس مصوبه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های تولیدی نوع ۲ و ۳ و شرکت‌های نوپا نوع ۲ و ۳ مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود.

تاریخ چاپ تاییده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

دیرخفته کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

مجوز دانش بنیان شرکت آریا پروشات رایکا



آزمون بررسی عملکرد و لوازم خانگی ایمنی و اثربخشی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 <p>بسمه تعالی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران آزمایشگاه های مرجع آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی</p>	 <p>تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره: ۱۴۰۰/۰۲-۶۱</p>
<p>ارائه این گزارش فقط به طور کامل دارای ارزش است.</p>	
<p>مصوبه شورای علمی آزمایشگاه</p>	
<p>عنوان طرح: دستگاه ضدعقونی کننده به روش پلاسما نام مجری: شرکت آریا پروشات رایکا نوع طرح: ارجاعی از شرکت آریا پروشات رایکا شماره درخواست آزمایشگاه: ۹۹/۱۲/۲۴-۳۲</p>	
<p>نظر نهائی شورا:</p> <p>با توجه به بررسی های انجام شده و گزارش آزمون پیوست، نتایج تست دستگاه ضدعقونی کننده چندمنظوره به روش پلاسما، متعلق به شرکت آریا پروشات رایکا مدل Elexa شماره سریال 626116032106200-0008، با توجه به موارد ذکر شده در قسمت هشدارها مطابق با استاندارد IEC 60601-1:2012 می باشد.</p>	

نتایج آزمون IEC 60601-1

Amirkabir

Date of Issue: OR 09 2021
Page 1 of 26
Documentation Code: AUT-EMC-4-510-02
Code: AUT-EMC-21165
Revision: 02

EMC COMPLIANCE REPORT

EUT Name : Automatic Hand Sanitizer Dispenser

Manufacturer : 

Model : OZWAD-65

Serial No. : 626116032106200-0008

Applicant : Aria Proshut Rayka Co.

Standard : BS EN 60601-1-2:2014

EUT has been tested and : Is certified
 Is not certified

Test Engineer
S. Rahimi

Approved By

Technical Manager
Dr. P. Dehkhoda

Senior Manager
Prof. S. H. Sadeghi

Note: The test result in this report refers exclusively to the presented test sample. The test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Abolmohsen Building, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, 424 Hafez Ave., Tehran, Iran. Fax: +98 (0)21 66972306, Tel: +98(0)21 64543522

تست emc سازگاری الکترومغناطیس از دانشگاه امیرکبیر



NACI
National Accredited Center of Iran
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران



معاونت پژوهش و فناوری
مرکز خدمات آزمایشگاهی

گواهینامه صحت عملکرد

شماره گواهینامه: ۹۹۱۲-۸۴۷
تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

مشخصات آزمایشگاه		
نام: مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف	شماره اقتصادی: ۲۱۱۲۷۵۶۶۱۹۹۹	شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۸۲۰۲۵۶
نشانی: خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - مجتمع خدمات فناوری - مرکز خدمات آزمایشگاهی - کد پستی: ۱۳۵۸۸۸۹۹۹	امیل / وبسایت: http://e-labs.sharif.edu - clab@sharif.edu	تلفن: ۶۶۱۶۶۲۱۶ فونیکس: ۶۶۰۷۲۵۶۳

مشخصات متقاضی		
نام شخص حقوقی: شرکت آریا پروشات رایکا	شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۵۸۰۸۴	کد اقتصادی: ۲۱۱۵۱۲۹۹۳۳۹۹
نشانی: تهران، خیابان فلسفی، زرتشت غربی، خیابان مهدوی، پلاک ۴، واحد ۳	شماره تماس: ۸۸۹۹۵۲۶۶ / ۹۱۲۰۲۱۹۲۹۱	

مشخصات مرجع انجام آزمایش		
نام دستگاه: APOA-370	کد دستگاه: CLR GCL 03	دقت دستگاه: ± 1% full scale
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون کارما	تاریخ آخرین کالیبراسیون: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶	استاندارد آزمون اجرائی: INSO 19802
دما: ۲۳.۲ °C	رطوبت: ۷۲.۱٪	فشار: ۶۵۷.۲ mmHg

نمونه مورد آزمایش		
سیران اوزون نشر شده از دستگاه ضد عفونی کننده چند منظوره الکا (Model:OZWAD-65ELEXA, Serial: 626116032106200)		
ردیف	زمان اندازه گیری	غلظت اندازه گیری شده (PPB)
۱	دو ساعت (میزان اوزون خروجی دستگاه در حالت ۱-ترمال NO ضد عفونی هوا)	۳۱۱
۲	دو ساعت (میزان اوزون خروجی دستگاه در حالت ۲- ضد عفونی سلولح O)	۴۵۸



مهر آزمایشگاه

مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی
نعمت الهی

تایید کننده / مدیر فنی
حبیب باقری

آزمایش کننده
کامله السادات گامه

نویسجات ضروری:

- در آزمایشگاه های مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف با توجه به مؤلفه های مؤثر در نتایج:
- شرب K=2 یا سطح اطمینان ۹۵٪ محاسبه گردیده است.
- این سند بدون مهر و امضای اصل آزمایشگاه فاقد اعتبار است هرگونه کپی برداری بدون کسب مجوز از **مرکز خدمات پژوهش و فناوری** باقیمانده نمونه های مورد آزمون با نواقص بیشتری حداکثر به مدت ۳۰ روز نگهداری خواهد شد.
- تلفاً در صورت وجود هرگونه ابهام در محتوای گزارش و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی یا مدیر کیفیت تماس حاصل فرمائید

گواهینامه صحت عملکرد